



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

10367

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

18 ноября 2020 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии (№ 04-16 от 26.04.2016) утвержден тип средств измерений

"Датчики температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ex, ТПРТ Ex",

изготовитель - **ООО "ПК "ТЕСЕЙ", г. Обнинск Калужской обл.,
Россия (RU),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 10 5984 16** и допущен к применению в Республике Беларусь с 26 апреля 2016 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета

 С. А. Ивлев

26 апреля 2016 г.



Государственный комитет
по стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

26.04.2016 №04-2016

г. Минск

заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

Повестка дня:

6. Рассмотрение вопросов признания результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 (в т.ч. продление срока действия утверждения типа), признания результатов поверки согласно ПМГ 06-2001

6.6. СЛУШАЛИ:

Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – о признании результатов государственных испытаний и утверждения типа "Датчики температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ex, ТПРТ Ex", изготовитель – ООО "ПК "ТЕСЕЙ", г. Обнинск Калужской обл., Россия, и признании результатов поверки согласно ПМГ 06-2001.

РЕШИЛИ:

6.6.1. Признать результаты государственных испытаний и утверждения типа "Датчики температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ex, ТПРТ Ex", проведенных ВНИИМС, Россия.

6.6.2. Утвердить тип "Датчики температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ex, ТПРТ Ex" и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь.

6.6.3. Допустить к применению в Республике Беларусь только датчики ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ex, ТПРТ Ex с преобразователями измерительными PR моделей 5331, 5333, 5334, 5335, 5337, за исключением датчиков ТПВР с НСХ типа С.

6.6.4. Выдать ООО "ПК "ТЕСЕЙ", г. Обнинск Калужской обл., Россия, сертификат об утверждении типа со сроком действия до 18.11.2020.

6.6.5. Признавать результаты первичной поверки при выпуске из производства, проводимой ООО "ПК "ТЕСЕЙ" (номер реестра – №1259, шифр поверительного клейма – ВДБ).

6.6.6. Датчики метрологически обеспечены в Республике Беларусь.

6.6.7. В Республике Беларусь подлежат только комплектной поверке (датчики ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ex, ТПРТ Ex с преобразователями измерительными PR моделей 5331, 5333, 5334, 5335, 5337) согласно пункту 6.3 документа МП 62293-15 "Датчики температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ex, ТПРТ Ex. Методика поверки".

6.6.8. Поверку средств измерений, предназначенных для применения либо применяемых в сфере законодательной метрологии, проводить юридическими лицами, входящими в государственную метрологическую службу, или иными юридическими лицами, аккредитованными для ее осуществления (межповерочный интервал – не более 12 месяцев; датчики температуры ТППТ, ТППТ Ex с диапазоном измерения температур от 1300 °С до 1600 °С, датчики температуры ТПРТ, ТПРТ Ex с диапазоном измерения температур от 1600 °С до 1800 °С, датчики температуры ТПВР с диапазоном измерения температур от 600 °С до 1800 °С и группой условий эксплуатации "IV" согласно руководствам по эксплуатации конкретных модификаций подлежат первичной поверке перед вводом в эксплуатацию).

Председатель

Секретарь

ВЕРНО

Н.Д. Ляхова

26.04.2016

С.А. Ивлев

Н.Д. Ляхова