

Государственный комитет
по стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

26.04.2013 №04-2013

г. Минск

заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

Повестка дня:

9. Рассмотрение вопросов признания результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 (в т.ч. продление срока действия утверждения типа), признания результатов поверки согласно ПМГ 06-2001, признание МВИ действующими на территории Республики Беларусь согласно ПМГ 44-2001

9.28 СЛУШАЛИ:

Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – о продлении срока действия утверждения типа "Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых ТСПТК", изготовитель – ООО "ПК "ТЕСЕЙ", г. Обнинск Калужской обл., Россия, и признании результатов поверки, согласно ПМГ 06-2001 (основание – окончание срока действия утверждения типа в Республике Беларусь).

Ранее внесены в Реестр под номером РБ 03 10 2092 08.

РЕШИЛИ:

9.28.1. Продлить срок действия утверждения типа в Республике Беларусь для типа **"Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых ТСПТК"** на основании положительных результатов проведенных ВНИИМС, Россия, государственных испытаний на соответствие утвержденному типу.

9.28.2. Аннулировать сертификат №5557 об утверждении типа "Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых ТСПТК", выданный ООО "ПК "ТЕСЕЙ", г. Обнинск Калужской обл., Российская Федерация.

9.28.3. Выдать ООО "ПК "ТЕСЕЙ", г. Обнинск Калужской обл., Россия, новый сертификат об утверждении типа с сохранением ранее присвоенного номера Реестра (РБ 03 10 2092) сроком действия до 25.06.2017.

9.28.4. Согласно решению НТК №10-2008 признаются результаты первичной поверки при выпуске из производства, проводимой Калужским ЦСМ (номер реестра – №033, шифр поверительного клейма – БУ); ООО ПК "ТЕСЕЙ" (номер реестра – №1259, шифр поверительного клейма – ВДБ).

9.28.5. Комплекты метрологически обеспечены в Республике Беларусь.

9.28.6. Поверку средств измерений, предназначенных для применения либо применяемых в сфере законодательной метрологии, проводить юридическими лицами, входящими в государственную метрологическую службу, или иными юридическими лицами, аккредитованными для ее осуществления (межповерочный интервал – не более 24 месяцев).


Председатель

С.А. Ивлев

Секретарь

Н.Д. Ляхова

ВЕРНО

 Н.Д. Ляхова
"26" 04 2013